

Le sonotone

Projet de Manuel VOUTAT, Germain LECORPS et Jullian HATTINGUAIS

Stakeholders Tanguy MATHIEU et Matthieu CROUZET

Exigences fonctionnelles

Exigences	Métriques
Amélioration de l'audition	Gain d'au moins 60 dB
Modification autonome de l'utilisateur	Moins d'une visite par an chez l'ORL

Exigences non fonctionnelles

Exigences	Métriques
Exécutable sur de petits processeurs	...
Réglage simple et intuitif pour un utilisateur (3 ^{ème} âge)	1 séance d'explication suffit pour comprendre le fonctionnement de l'appareil auditif
Comptable	Coût inférieur à 1000 €